

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เตียงตรวจภายใน
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

1. **ความต้องการ** เตียงตรวจภายในและปรับเป็นเตียงคลอดได้ คุณสมบัติตามที่กำหนด

2. **วัตถุประสงค์** เพื่อใช้สำหรับตรวจภายใน

3. **คุณลักษณะทั่วไป**

- 3.1 ใช้เป็นเตียงตรวจรีเวช และปรับเป็นเตียงคลอดได้ในเตียงเดียวกัน
- 3.2 สามารถปรับสูง – ต่ำ และองศาของเตียงได้
- 3.3 สามารถควบคุมการทำงานด้วยไค

4. **คุณลักษณะเฉพาะ**

- 4.1 โครงสร้างหลักทำจากสแตนเลส 304 มีความแข็งแรง ทนทาน
- 4.2 เตียงมีขนาดความกว้างโดยรวมไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร
- 4.3 เตียงมีขนาดยาวไม่น้อยกว่า 190 เซนติเมตร
- 4.4 สามารถรองรับน้ำหนักสูงสุดไม่น้อยกว่า 250 กิโลกรัม
- 4.5 พื้นเตียงแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนรองรับศีรษะและหลัง ส่วนพื้นเตียงตอนกลางรองรับเชิงกราน และส่วนรองรับขา ซึ่งส่วนรองรับขาสามารถถอดออกได้ เพื่อปรับเตียง ให้เป็นเตียงตรวจภายในหรือเตียงทำคลอด
- 4.6 สามารถปรับระดับและควบคุมด้วยไคหมุน ดังนี้
 - 4.6.1 ปรับเตียงได้ต่ำสุด - สูงสุด ได้อยู่ช่วง 70 – 90 เซนติเมตร และสามารถควบคุมด้วย Foot step
 - 4.6.2 ปรับส่วนรองรับศีรษะและหลังขึ้น ตั้งแต่ 0-50 องศา
 - 4.6.3 ปรับส่วนรองรับศีรษะและหลังลง ตั้งแต่ 0-3 องศา
 - 4.6.4 ปรับส่วนพื้นเตียงในท่าศีรษะสูง-ปลายเท้าต่ำ (Reverse Trendelenburg) ตั้งแต่ 0-20 องศา
 - 4.6.5 ปรับส่วนพื้นเตียงในท่าศีรษะต่ำ-ปลายเท้าสูง (Trendelenburg) ตั้งแต่ 0-10 องศา
 - 4.6.6 ปรับส่วนรองรับขาออกด้านข้าง ตั้งแต่ 0-90 องศา
- 4.7 มีด้ามจับสำหรับพยุงตัว
- 4.8 มีเบาะแบบหมุนสำหรับเคลื่อนย้ายเตียงหรือล้ออยู่กับที่
- 4.9 มีขาหยั่งพร้อมสายรัด สามารถปรับได้
- 4.10 มีถาดรองรับของเสียขนาดใหญ่ สามารถถอดสำหรับทำความสะอาดได้

5. **เงื่อนไขเฉพาะ**

- 5.1 รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันส่งมอบของครบ
- 5.2 เป็นของใหม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- 5.3 มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย
- 5.4 มีหนังสือรับรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า 5 ปี

.....
(ลงชื่อ).....
(นางมกรรัตน์ หนูหล้า)
นายแพทย์ชำนาญการ

.....
(ลงชื่อ).....
(นางธวัลรัตน์ พวงภู)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

.....
(ลงชื่อ).....
(นางสาวลิพรรณ หัตถาพงษ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อนุมัติ

.....
(ลงชื่อ).....
(นายวีระศักดิ์ อนุตรอังกูร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น